

Інструкція по застосуванню для піску TOP.

Чистка поверхні зуба повинна бути очищена на відстані 3-5 мм.

Потік піску профілактичного повинен утворювати кут 30-60 градусів з поверхнею зуба.

Абразивний потік повинен бути спрямований тільки на поверхні зубів, ні в якому разі ні на м'які тканини.

Для роботи з піском необхідно помістити слюновідсмоктувач в кут рота пацієнта, а також дотриматися індивідуальних запобіжних заходів: гумові рукавички, маски, захисні окуляри і захисний одяг.

Слід дотримуватися обережності, щоб не переповнювати резервуар для піскоструминної обробки вище встановленої межі.

Основні технічні параметри піщано-водної суміші

Тиск води 0,0-3,0 бар (0-3000 гПа)

Тиск повітря 2,3-3,2 бар (2300-3200 hpa)

Витрата води під час роботи ≥ 30 мл / хв

Знос абразивного матеріалу під час роботи - 2 г-3 г / хв

Пісок профілактичний Монофлору TOP



Виробник:
AMIDENT, ul. Dzielna 5/1 a, 00-162 Warszawa, Poland
АМІДЕНТ, вул.Дзельна 5/1 а, 00-162 Варшава, Польща



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Іводент»
вул. Курінного Чорноти, 2 корпус 1, 76018 м.Івано-Франківськ,
Україна
Тел.: +38 (0342) 522-644; Факс: +38 (0342) 55-94-55;
Email: info@ivodent.com.ua; www.ivodent.com.ua

Інструкція по застосуванню для піску SOFT.

Чистка поверхні зуба повинна бути очищена на відстані 3-5 мм.

Потік піску профілактичного повинен утворювати кут 30-60 градусів з поверхнею зуба.

Абразивний потік повинен бути спрямований тільки на поверхні зубів, ні в якому разі ні на м'які тканини.

Для роботи з піском необхідно помістити слюновідсмоктувач в кут рота пацієнта, а також дотриматися індивідуальних запобіжних заходів: гумові рукавички, маски, захисні окуляри і захисний одяг.

Слід дотримуватися обережності, щоб не переповнювати резервуар для піскоструминної обробки вище встановленої межі.

Основні технічні параметри піщано-водної суміші

Тиск води 0,0-3,0 бар (0-3000 гПа)

Тиск повітря 2,3-3,2 бар (2300-3200 hPa)

Витрата води під час роботи ≥ 30 мл / хв

Знос абразивного матеріалу під час роботи - 2 г-3 г / хв

Пісок профілактичний Монофлору СОФТ



Виробник:
AMIDENT, ul. Dzielna 5/1 a, 00-162 Warszawa, Poland
АМІДЕНТ, вул.Дзельна 5/1 а, 00-162 Варшава, Польща



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Іводент»
вул. Курінного Чорноти, 2 корпус 1, 76018 м.Івано-Франківськ,
Україна
Тел.: +38 (0342) 522-644; Факс: +38 (0342) 55-94-55;
Email:info@ivodent.com.ua; www.ivodent.com.ua

Інструкція по застосуванню для піску PERIO.

Чистка поверхні зуба повинна бути очищена на відстані 3-5 мм.

Потік піску профілактичного повинен утворювати кут 30-60 градусів з поверхнею зуба.

Абразивний потік повинен бути спрямований тільки на поверхні зубів, ні в якому разі ні на м'які тканини.

Для роботи з піском необхідно помістити слюновідсмоктувач в кут рота пацієнта, а також дотриматися індивідуальних запобіжних заходів: гумові рукавички, маски, захисні окуляри і захисний одяг.

Слід дотримуватися обережності, щоб не переповнювати резервуар для піскоструминної обробки вище встановленої межі.

Основні технічні параметри піщано-водної суміші

Тиск води 0,0-3,0 бар (0-3000 гПа)

Тиск повітря 2,3-3,2 бар (2300-3200 hPa)

Витрата води під час роботи ≥ 30 мл / хв

Знос абразивного матеріалу під час роботи - 2 г-3 г / хв

Пісок профілактичний Монофлору PERIO



Виробник:
AMIDENT, ul. Dzielna 5/1 a, 00-162 Warszawa, Poland
AMІДЕНТ, вул.Дзельна 5/1 а, 00-162 Варшава, Польща



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Іводент»
вул. Курінного Чорноти, 2 корпус 1, 76018 м.Івано-Франківськ,
Україна
Тел.: +38 (0342) 522-644; Факс: +38 (0342) 55-94-55;
Email:info@ivodent.com.ua; www.ivodent.com.ua